

- 20-12-2018: Het bedrijf Allergan, leverancier van macro-getextureerde implantaten van de merken Natrelle en McGhan, stopt met het leveren van deze implantaten in Europa (dus ook in Nederland) en roept alle voorraden terug. Allergan komt tot dit besluit nadat de CE-markering niet wordt verlengd. Zonder CE-markering mogen producten niet worden gedistribueerd in Europa. De instantie die de CE-markering uitgeeft, heeft deze niet verlengd voor de genoemde Allergan implantaten omdat bepaalde informatie ontbreekt in de technische documentatie van de implantaten. Daardoor vindt de instantie dat de implantaten niet (meer) voldoen aan eisen die de wetgeving daaraan stelt. De instantie vindt verder dat Allergan onvoldoende heeft onderbouwd waarom de baten van macro-getextureerde borstimplantaten volgens hen nog steeds voldoende opwegen tegen het risico van ALCL.

- 5-4-2019: De Franse toezichthouder op medische hulpmiddelen ANSM verbiedt uit voorzorg de verkoop en het gebruik van borstimplantaten met een ruw oppervlak (macrottextuur) of met een polyurethaan coating in verband met risico op 'Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL)'.
- 5-4-2019: Minister Bruins neemt dit verbod niet over, maar vraagt het RIVM om een duiding te geven van de wetenschappelijke onderbouwing van dit Franse besluit.

- April 2019: Inmiddels heeft de Nederlandse Vereniging Voor Plastische Chirurgie (NVPC) op verzoek van de minister aan haar leden geadviseerd om in afwachting van de RIVM-duiding de bewuste implantaten voorlopig niet te gebruiken.

- 17-05-2019: De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (GJ) ziet onvoldoende aanleiding om macro getextureerde borstimplantaten uit de handel te halen. Dat heeft de inspectie besloten na een wetenschappelijke beoordeling van het Franse besluit door het RIVM. Hierop volgt het besluit van minister Bruins om géén verbod in te stellen voor (getextureerde) borstimplantaten.